

YC-Charpy V-Notch Test Blocks

JIS B 7740 準拠

シャルピー
検証用衝撃基準試験片

- 特長 シャルピー吸収エネルギーのばらつきは極めて小さい(CV:3%以下)
- 材質 SNCM439.Q.T
- NK検定付

www.nihonkensa.co.jp



Type A 約 30J
Type B 約100J
Type C 約160J

各Type共5本1組

販売 日本検査(株)

〒104-0032 東京都中央区八丁堀二丁目9番1号RBM東八重洲ビル10階 TEL 03-3537-3670 FAX 03-3537-3676

製造 (株)山本科学工具研究社

YC-Charpy V-Notch Test Blocks

(シャルピー検証用衝撃基準試験片)

- 特長 変動要因を極力押えるため
 1. 超高清浄鋼 (SNCM439相当) を採用
 2. 製造方法の厳格な管理
 3. 基本的に忠実な熱処理条件
- 規格 JIS B 7740 (シャルピー検証用衝撃基準試験片) に準拠
- 構成 エネルギー (0°C)
 - Type A 約 30J 5本/set
 - Type B 約100J 5本/set
 - Type C 約160J 5本/set
- 材質 SNCM439 (AISI4340) Q.T
- 検定 NK検定




Fig.2 吸収エネルギーの均一性 (CV%)とノッチ深さの均一性





Fig.3 吸収エネルギーの均一性 (CV%)と硬さの均一性 '95・09 YSTL



販売 日本検査(株)

製造 (株)山本科学工具研究社

TEL 03-3537-3670
FAX 03-3537-3676

TEL 047-431-7451
FAX 047-432-8592