

HR/HV/HBW JCSS硬さ基準片

ISO 9001



JQA-2078

高精度 硬さ基準片

Standard Blocks for Hardness
硬さ試験機のチェックに



世界唯一の硬さ基準片専門メーカーである山本科学工具研究社
キャリブレーションセンターでは、世界的に高く評価されている
高精度硬さ基準片をベースに、JCSS校正事業者としての認定を
取得、ISO/IEC 17025の基準を満たしたJCSS硬さ基準片の製造
および販売を行っております。

硬さ試験機の安定した精度管理のために、高い均一性と安定性を
有する高精度な基準片のご使用をお勧めいたします。



JCSS
JCSS 0149

弊社キャリブレーションセンターは、認定基準としてJIS Q17025(ISO/IEC 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IA Japan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び、国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当センターは、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0149は、当センターの認定番号です。

◆ JCSS硬さ基準片の仕様

| 種別 | 公称硬さ | 形状 | 検査条件 |
|--------|--|--|-------------|
| HRA | 30, 56, 65 , 71, 75, 78, 81 , 83, 85, 87 | φ 64mm × t 15mm (HRA30はt 10mm) | - |
| HRBW | 32, 42 , 52, 62 , 72, 82, 90 , 95, 100 | φ 64mm × t 10mm (HRBW72, 82はt 15mm) | - |
| HRC | 10, 20 , 30 , 40, 50, 60 , 70 25, 35, 45 , 55, 62, 64, 67 | φ 64mm × t 15mm | - |
| HR30N | 41, 50 , 60, 67 , 73, 78, 81 | φ 64mm × t 15mm | - |
| HR30TW | 32, 42 , 52, 62 , 72, 78 | φ 64mm × t 10mm (HR30TW72, 78はt 15mm) | - |
| HV | 700, 800, 900, 1000 | φ 64mm × t 15mm | HV 30, 1 |
| | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | | HV 10, 1 |
| HMV | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | φ 25mm × t 6mm | HV 1, 0.1 |
| HBW | 150, 180, 200, 229, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 | φ 115mm × t 18mm | HBW 10/3000 |
| | 90, 100 | | HBW 10/500 |

- 上記以外の硬さや検査条件につきましては、お問い合わせください。
- HRシリーズのうち、太字の公称硬さの製品は短納期で対応可能です。
- HRシリーズでは、別途有償でASTM E18対応が可能です。

お問い合わせ先

株式会社山本科学工具研究社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-15-4

FAX: 047-432-8592 E-Mail: sales@ystl.jp

TEL: 047-431-7451



本カタログは2026年3月1日現在の情報です。
製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。